

**FADENOR**

FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO SUPERIOR DO NORTE DE MINAS

**FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO SUPERIOR DO
NORTE DE MINAS**

PROCESSO	64989/2025
DISPENSA	711/2025
MODALIDADE	DISPENSA DE LICITAÇÃO
CONTRATADO(S)	Industria E Comercio Eletro Eletronica Gehaka Ltda
OBJETO(S)	Produto 01 - 01 (uma) unidade de Filtro de entrada, easy fit para tubo flexível de 1/4" próprio para reposição em purificadores Gehaka da linha LX e LXTQ. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS A durabilidade depende da qualidade da água de entrada. Pode ser lavado através de escovação. *Compatível com o equipamento Gehaka OS 20LXE *; Produto 02 - 01 (uma) unidade de Refil do Filtro de Carvão Ativado MS2000. Retem as partículas sólidas maiores que 5 micra e adsorve os contaminantes químicos como o cloro adicionado por redes de distribuição. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS Obtido dos grânulos de carvão ativado retidos em uma câmara com fechamento por filtros de polipropileno. Desta nova tecnologia resultou um filtro de dupla ação, que combina a retenção de 5 m, característica de filtro sólidos, com a adsorção, característica do carvão ativado granulado. *Compatível com o equipamento Gehaka OS 20LXE *; Produto 03 - 02 (duas) unidades de KIT CAMISA OSMOSE REVERSA + MEMBRANA *Compatível com o equipamento Gehaka OS 20LXE *; Produto 04 - 01 (uma) unidade de Refil Deionizador para purificadores da linha LXE e Master System. Responsável pela purificação química. Capaz de obter água ultrapura com resistividade 18,2 megaohm/cm ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS Composto por resina de troca iônica ultrapura, grau nuclear, disposta em leito misto. Própria para polimento final na obtenção de água pura. Água de entrada previamente permeada por membrana de osmose reversa. *Compatível com o equipamento Gehaka OS 20LXE *; Produto 05 - 01 (uma) unidade de Filtro microbiológico 0,01 micra em cápsula posicionada no ponto de serviço. Própria para obtenção de água isenta de contaminação microbiológica ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS Filtro microbiológico com membrana de ultrafiltração em fibra oca com corte molecular 50.000 Daltons posicionada no ponto de coleta Durabilidade média 2 anos. Procedimentos de manutenção preventiva descritos no manual, vide sanitizações *Compatível com o equipamento Gehaka OS 20LXE *;
VALOR	R\$ 4.933,88 (quatro mil novecentos e trinta e três reais e oitenta e oito reais)
FONTE DE RECURSOS	724 - Integrando Ecologia, Anatomia, Citologia, Fisiologia e Biologia Molecular da Fase Reprodutiva da Macaúba APQ-04957-24



FADENOR

FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO SUPERIOR DO NORTE DE MINAS

Reconhecimento: De acordo com a solicitação originária da Equipe de Apoio para os Processos Licitatórios desta Fundação, reconheço os atos de Dispensa de Licitação, convalidando os atos praticados, face a justificativa apresentada nos autos com base no artigo 75, inciso IV, da lei nº 14.133/2021, aquisição de material permanente, para o Projeto: 724 - Integrando Ecologia, Anatomia, Citologia, Fisiologia e Biologia Molecular da Fase Reprodutiva da Maçaúba APQ-04957-24.

A Diretora Administrativo - Financeiro da FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO SUPERIOR DO NORTE DE MINAS – FADENOR, no uso de suas atribuições, ADJUDICA e HOMOLOGA, para que surtam os efeitos legais, DISPENSA DE LICITAÇÃO em epígrafe, com fundamento no artigo 75, inciso IV, da lei nº 14.133/202 e suas posteriores alterações.

Montes Claros – MG, 18 de dezembro de 2025

Tatiane Martins da Silva
Diretora Administrativo - Financeiro